



АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Пловдив 4000; бул. Менделеев № 12; Тел. +359/32/654300; Факс +359/32/633157

www.au-plovdiv.bg

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 12 Mendeleev Str., Tel. +359/32/654300; Fax +359/32/633157

Изм. № *РД 12-242/03 от 2020*

СЪОБЩЕНИЕ

До
Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда на ЗОП – публично състезание, с предмет:

„Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции“

Относно: Писмени разяснения по смисъла на ЗОП

Уважаеми г-жи и г-да,

На 03.07.2020г. са постъпили въпроси за даване на разяснения по документацията на гореописаното публично състезание:

Въпрос №1:

В поз. 7 е посочена максимална цена 6000 лв./бр., а в поз. 8 е посочена, максимална цена 2000 лв./бр. Предполагаме, че стойностите са разменени?

Отговор

Посочените стойности са максимално допустими, като участниците следва да се съобразят с тях, както и с посочените за съответните обособени позиции общи стойности.

Въпрос №2:

В поз. 13 за параметър "Проводимост" е посочена стойност 1,5 mS, което означава мили-сименс, правилно е микро-сименс. Държим да отбележим, че честотата 1,5 ms/cm е нереална стойност и не може да бъде достигната с обикновен монодестилатор.

Отговор

Правилната стойност, която следва да се чете е 1,5 микро-сименс. Участниците следва да се съобразят с посочената стойност на параметър „проводимост“.



С Уважение,
Ректор: проф. д-р Христина Янчева
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/