



www.au-plovdiv.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Пловдив 4000; бул. Менделеев № 12; Тел. +359/32/654300; Факс +359/32/633157

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 12 Mendeleev Str., Tel. +359/32/654300; Fax +359/32/633157

Изх. №РД12-91/17.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До
Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда на ЗОП – публично състезание, с предмет:

„Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив“

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП

Уважаеми г-жи и г-да,

На 16.02.2017 г. са постъпили въпроси от участник за даване на разяснения по документацията на гореописаното публично състезание:

Въпроси:

Във връзка с обявената процедура за "Доставка на лабораторна апаратура, необходима за Аграрен университет - Пловдив", молим за следните разяснения относно поз. 5 -"Автоматичен дестилатор - 3 бр.":

1. Какво се има предвид със заложеното изискване към дестилатора "Минимално налягане на водата 1 до 2 бара"?
2. При параметъра проводимост (приемаме, че не е "производимост" и в спецификацията е допусната правописна грешка) има заложено изискване "1,5 mS/cm при 20 градуса по целзий температура". Тук отново допускаме, че става въпрос за μ S, а не за mS. Известно е, че обичайната проводимост на дестилирана вода е между 0.5 и 5 μ S/cm при 25°C. Ще приемете ли дестилатор, който произвежда вода с проводимост 2,3 μ S/cm при 25°C?

Отговори

На въпрос 1 – касае е се за техническа грешка, като това изискване следва да не се взема предвид от участниците.

На въпрос 2:

- Касае се за правописна грешка, има се предвид параметър „проводимост“.
- Действително вместо „микро сименс“ е изписано „мили сименс“ – следва да се чете „микро сименс“.
- Няма да се приеме дестилатор над 1,5 „микро сименса/см“ при 25 градуса по Целзий. Изискването на Възложителя е 1,5 „микро сименса/см“ при 20 градуса по Целзий.

С Уважение,/п/.....
Ректор: проф. д-р Христина Янчева