



www.au-plovdiv.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Пловдив 4000; бул. Менделеев № 12; Тел. +359/32/654300; Факс +359/32/633157

AGRICULTURAL UNIVERSITY

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 12 Mendeleev Str., Tel. +359/32/654300; Fax +359/32/633157

Изх. №РД-12-539/29.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До

Участниците и всички заинтересовани лица по обществена поръчка, възлагана по реда на Глава „26“ от ЗОП чрез обява, с предмет:

„Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции“

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.189 от ЗОП, по условията на поръчката

Уважаеми г-жи и г-да,

На 28.11.2018 г. е постъпил въпрос от заинтересовано лице за даване на разяснения по документацията на гореописаната обществена поръчка, на които отговаряме както следва:

Въпрос №1:

За Обособена позиция №5 – Портативен хлорофилен тестер

В техническата спецификация (Приложение 1) на едно място е написано, че тестерът да е за употреба с подвижни щипки за листа, а в края на спецификацията е написано, тестерът да включва щипки – затворен или отворен тип или разглобяеми.

Моля, за уточняване вида на щипката, дали да е свързана с тестера (съставна част на тестера), или да не е свързана с него (отделен артикул, който е подвижен и се закача на листата на растенията без тестера).

Отговор:

Тестерът следва да има щипка, която трябва да бъде отделен артикул, който е подвижен и се закача на листата на растенията без тестера

Дата: 29.11.2018 г.

С Уважение, 
Ректор: проф. д-р Христина Янчева
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/